



Muri, février 2024

## COMMUNICATION IMPORTANTE

### Compatibilité du test NT-proBNP et du contrôle de qualité pour le cobas® h 232

Roche Diagnostics a récemment lancé un nouveau test NT-proBNP pour le cobas h 232 ainsi que le contrôle de qualité qui y est associé. Toutefois, il s'agit d'un simple changement de nom.

Le test qui portait le nom de « proBNP Plus » **s'appelle désormais « POC NT-proBNP »**. Un nouveau contrôle de qualité est également disponible dès maintenant pour ce test. Il est important de tenir compte de la compatibilité des tests et des contrôles de qualité (les composants précédents ne sont pas compatibles avec les nouveaux).

#### Test précédent

Désignation de l'article	N° d'article	Compatibilité
cobas h 232 CARDIAC proBNP Plus   p. à 10 tests	8622037	↔

#### Contrôle précédent

Désignation de l'article	N° d'article
cobas h 232 CARDIAC proBNP Contrôle level 1+2	8554991

#### Test nouveau

Désignation de l'article	N° d'article	Compatibilité
Cardiac POC NT-proBNP Test pour Cobas Cardiac h 232   p. à 10 tests	8745355	↔

#### Contrôle nouveau

Désignation de l'article	N° d'article
Cardiac POC NT-proBNP contrôle level 1 et 2 pour cobas Cardiac h 232	8745347

Vous pouvez continuer à utiliser le test précédent et le contrôle de qualité correspondant sans restriction sur le cobas h 232 dans la combinaison mentionnée ci-dessus. Selon l'état du stock actuel de Omniprax, ces composants seront encore disponibles dans le shop en ligne ([www.shop.omniprax.ch](http://www.shop.omniprax.ch)) jusqu'à fin février 2024 environ, avec une date d'expiration 09/2024. La manipulation du test et du contrôle de qualité ainsi que le prix restent inchangés.

**Veillez planifier à temps le passage des tests et contrôles de qualité précédents aux nouveaux composants pour votre cobas h 232.**

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au numéro 056 675 56 56.

Meilleures salutations

Omniprax

Jürg Ryser  
Gérant